Microlet®2

DISPOSITIF DE PRÉLÈVEMENT

MAINTENANT
offert avec lancettes recouvertes de silicone souple!

Le dispositif de prélèvement sanguin *MICROLET*®*2* de Bayer est utilisé pour prélever des échantillons de sang capillaire sur le bout du doigt.



IMPORTANT : Ne pas utiliser le même dispositif de prélèvement *MICROLET2* chez plus d'une personne.

MODE D'EMPLOI :

1. Préparer le point de prélèvement. Se laver les mains à l'eau chaude et au savon. Ceci augmente la circulation sanguine au bout des doigts. Rincer et sécher soigneusement.

2. Retirer le bouchon.



D'une main, saisir le dispositif de prélèvement *MICROLET2* en appuyant avec le pouce sur la **surface bosselée** comme indiqué ci-dessus. De l'autre main, saisir le **bouchon de position** et exercer délicatement une pression vers le bas.

3. Tenir une lancette *MICROLET* et donner un quart de tour, sans l'enlever, **au capuchon protecteur.** Utiliser en tout temps les lancettes *MICROLET* pour un fonctionnement optimal.



Pousser fermement et en ligne droite **la lancette** dans le porte-lancette. Après avoir entendu ou senti le déclic, continuer de pousser jusqu'à ce que la lancette se bloque. **Tordre le capuchon protecteur** et le mettre de côté pour jeter la lancette usagée.



Arrêt complet | **Arrêt incomplet**

4. Remettre le bouchon réglable en place.



5. Choisir une des cinq positions de profondeur en tournant le bouchon de position vers la plus petite goutte pour une piqûre peu profonde ou vers la plus grosse goutte pour obtenir une piqûre plus profonde. L'ajustement de la pression exercée lors du prélèvement déterminera également la profondeur de la piqûre.

Piqûre légère | **Piqûre profonde**

6. Placer fermement le dispositif de prélèvement sanguin *MICROLET2* sur le point de prélèvement et enfoncer le bouton de relâchement bleu. Les côtés des extrémités des doigts sont préférables.



REMARQUE : S'il faut réarmer le dispositif de prélèvement, saisir, tirer ou pousser le dispositif jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre, puis relâcher.



Armement à deux mains

Armement d'une seule main

7. Pour former une goutte de sang, attendre quelques secondes, puis masser la main et le doigt vers le point de prélèvement. Ne pas appuyer autour du point de prélèvement.

8. Faire l'épreuve immédiatement après avoir obtenu la goutte de sang.

9. Essuyer le point de prélèvement avec un mouchoir propre et sec. **Maintenir une pression** sur le point de prélèvement jusqu'à ce que le sang arrête de couler.

10. Pour retirer la lancette usagée, retirer avec soin le bouchon en saisissant le bouchon de position et en exerçant une pression vers le bas.

Mettre le capuchon protecteur que vous avez mis de côté lors de l'armement de la lancette sur une surface plane, le logo de Bayer vers le bas. Tout en maintenant la lancette usagée dans le dispositif de prélèvement sanguin *MICROLET2*, **pousser la lancette dans le centre** du capuchon.

Pointer le dispositif de prélèvement sanguin vers un contenant pour objets pointus (un flacon en plastique vide muni d'un couvercle fera l'affaire). Étiqueter le contenant correctement et garder celui-ci hors de la portée des enfants.



Tout en **pressant le bouton de relâchement** bleu (a), **tirer fermement l'extrémité de réarmement** bleue (b) jusqu'au bout et la lancette tombera dans le contenant.

Remettre le capuchon du dispositif.



Risque biologique : Toujours jeter la lancette usagée en respectant les précautions d'usage pour éviter les risques de blessure ou de contamination. Utiliser une nouvelle lancette *MICROLET* à chaque nouvelle épreuve Ⓧ. Après avoir été utilisée, la lancette n'est plus stérile et pourrait propager une infection. Il faut traiter les produits ou objets qui entrent en contact avec du sang humain, même s'ils ont été nettoyés, comme s'ils pouvaient transmettre une maladie virale.

Nettoyer le dispositif de prélèvement *MICROLET2* après chaque utilisation à l'eau et au détergent doux **ou** avec une solution constituée de neuf parties d'eau pour une partie d'agent de blanchiment. Humecter légèrement un mouchoir avec la solution. **Important : Éviter de trop humecter. Retirer** le bouchon.



Nettoyer l'extérieur du dispositif et l'intérieur et l'extérieur du bouchon. **Essuyer** avec un mouchoir avant de réutiliser. **Remettre** le bouchon en place.

Pour communiquer avec le Service à la clientèle

Pour de l'aide ou pour toute question concernant l'épreuve de glycémie, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de la gestion du diabète de Bayer au 1-800-268-7200.

STERILE | R = Stérile

(2) = Ne pas réutiliser

Dispositif de prélèvement sanguin fabriqué aux É.-U.

Bayer, la croix Bayer et *MICROLET* sont des marques de commerce de Bayer AG, utilisées sous licence par Bayer HealthCare LLC et Bayer Inc.

Bayer HealthCare

Fabriqué par :
Bayer HealthCare LLC
Filiale de Bayer Corporation
Mishawaka, IN 46544 É.-U.

Distribué par :
Bayer Inc.
Toronto (Ontario)
M9W 1G6 Canada

Bayer

50241923
Rév. 5/08